

Otrzymaliście Państwo do użytku jedną z najnowszych generacji protez zębowych. Zaletami protez wykonanych z tworzywa **BIOCETAL** w porównaniu z klasycznymi protezami szkieletowymi są:

- brak widocznych klamer – wysoka estetyka protezy
- wyższa odporność na odkształcenia mechaniczne
- szybka adaptacja protezy przez pacjentów
- niska waga
- brak uczulających składników stopu metalu
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia

Warunki użytkowania protez elastycznych:

- do czyszczenia protezy nie należy używać CoregaTabs lub innych niedozwolonych substancji czyszczących,
- po każdym posiłku protezę należy wymyć delikatnie szczoteczką do zębów pod bieżącą wodą,
- do czyszczenia protezy zalecane są pasty do standardowej higieny jamy ustnej,
- nieużywaną protezę należy przechowywać w pojemniku z wodą,
- proteza nie jest widoczna na zdjęciach RTG,
- proteza nie jest odporna na działanie alkoholu o stężeniu powyżej 40%,
- proteza może zmienić kolor w kontakcie z karotenem,
- do gruntownego czyszczenia protezy należy użyć wodny roztwór proszku Multiclean (proszek ten można zamówić w sprzedaży wysyłkowej pod nr Tel: (34)3697821- Firma Roco Dental Equipment)

MULTICLEAN to super mocna substancja do czyszczenia protez, która w bezpieczny i efektywny sposób usuwa naloty z kawy, herbaty, tytoniu, nie uszkadzając protezy aparatu ortodontycznego ani miękkiej podściółki.

INSTRUKCJA: rozpuścić 1/3 saszetki proszku W ½ szklanki ciepłej wody. Roztwór zostawić na 3 minuty. Roztwór zachowuje ważność 7-10 dni. Pozostawić pod działaniem roztworu na 20 min. Dziennie w celu czyszczenia usunąć obłuzowane Części miękką szczoteczką. Przemyc dokładnie pod bieżącą wodą. Bardzo zabrudzone protezy mogą wymagać całonocnego działania roztworu.

Multiclean służy do gruntownego czyszczenia protez, do codziennego mycia protez używać zwykłych środków do mycia protez(np. Pasta do zębów, mydło) Kiedy proteza zabrudzi się na tyle, że środki te będą za słabe proszę sporządzić roztwór Multiclean wg instrukcji i wykorzystać go przez 7-10 min. Następnie myć protezę w tradycyjny sposób i kolejną dawkę Multiclean sporządzić po dłuższym czasie np. 2-3 miesiące, kiedy proteza wymagać będzie kolejnego gruntownego czyszczenia.